

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
19.05.2020 № 1167

Примірний табель матеріально-технічного оснащення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги			
№	Назва	Мінімальна кількість	Опис
I. Приймально-сортувальна зона			
1	Спірометр	1	
2	Глюкометр	1	
3	Електрокардіограф	1	
4	Отоскоп/офтальмоскоп	1	
5	Монітор пацієнта	x	визначення вітальних показників (ЕКГ, сатурація кисню, артеріального тиску).
6	Термометр	x	
7	Каталка медична	x	1) можливість зміни положення пацієнта; 2) можливість транспортування пацієнта; 3) можливість регулювання висоти каталки.
8	Пульсоксиметр	x	Наявність функції моніторингу.
II. Загальномедична зона			
1	Підйомник пацієнта	1	повинен витримувати навантаження не менше 200 кг
2	Ваги пацієнта	1	повинні витримувати навантаження до 300 кг. з можливістю зважування пацієнтів на візку або каталці
3	Сканер сечового міхура	1	
4	Прилад для вимірювання артеріального тиску	x	наявність манжет різного розміру
6	Дефібрилятор	1	мобільний з можливістю проведення дефібриляції, кардіоверсії, зовнішньої синхронізованої кардіостимуляції
7	Крісло-каталка	1 на кожні 10 ліжок відділення	
8	Аноскоп/Сигмоїдоскоп	1	
9	Шприцевий насос	x	
10	Інфузійний волюметричний насос	1 на кожне консультативно-оглядове приміщення	

11	Пристрої та оснащення для ручного переміщення пацієнтів	х	
12	Протипролежневі матраси	х	наявність у відділенні або доступ до них в ЗОЗ
13	Каталка медична	х	1) можливість зміни положення пацієнта; 2) можливість транспортування пацієнта; 3) можливість регулювання висоти каталки
14	Глюкометр	1 на 10 ліжок	
15	Монітор пацієнта	1 на 4 ліжка	
16	Термометр	1 на 4 ліжка	
17	Портативний доплер	1	можливість проведення фетального та судинного моніторингу
18	Пульсоксиметр	х	наявність функції моніторингу
19	Портативне джерело світла для огляду пацієнтів	х	
20	Щілинна лампа	1	
21	Отоскоп/офтальмоскоп	х	наявність в кожному консультативно-оглядовому приміщенні
22	Вакуумний аспіратор	х	може бути централізована мережа вакууму
23	Електрокардіограф	1	
24	Прилад для вимірювання внутрішньоочного тиску	1	має бути неінвазивним
25	Різак для гіпсових лонгет	1	
26	Електричний кільцевий різак	1	
27	Набори та обладнання для гіпсування та шинування кінцівок	х	
28	Пристрої для шинування і стабілізації кінцівки, у тому числі тракційні	х	
29	Тягове обладнання, включаючи підвісні ваги та пальцеві витяги	х	
30	Таблиця перевірки гостроти зору		
31	Універсальне оглядове ліжко	х	з можливістю проведення гінекологічного огляду
32	Стілець-туалет	2	
32	Пікфлуометр	х	
32	Небулайзер	х	
32	Негатоскоп	1	
32	Медичні вироби та допоміжні засоби для зрошення вух і видалення сторонніх тіл	х	

33	Медичні вироби та допоміжні засоби для епістаксису (носової кровотечі), включаючи задні пакети з повітряними кулями	х	
34	Ларингоскопічне дзеркало	х	
35	Набір для промивання шлунка	х	
36	Набір для катетеризації сечового міхура	х	
37	Коагуляційний аналізатор, портативний	х	
38	Швидкі тест-системи на гепатити В,С, ВІЛ, сифіліс, грип, вміст наркотичних речовин тощо	х	відповідно до клінічних протоколів

III. Зона ресусцитації (реанімації)

1	Функціональне ліжко	1 на кожне приміщення/зону	1) можливість зміни положення пацієнта; 2) можливість транспортування пацієнта; 3) можливість регулювання висоти ліжка; 4) має бути стійке до дезінфікуючих засобів
2	Глюкометр	1 на 3 ліжка	
3	Кетометр	1	
4	Неінвазивна система вентиляції легень (BIPAP / CPAP)	1	
5	Отоскоп/офтальмоскоп	1 на кожне ліжко	
6	Апарат ультразвукової діагностики	1	має бути мобільним
7	Апарат штучної вентиляції легень	1 на кожну протишокову палату	
8	Ларингоскоп з клинками різних розмірів	х	може бути у складі набору для інтубації трахеї
9	Шафа для підігріву розчинів	1	
10	Система нагрівання пацієнта	х	
11	Вакуумний аспіратор	біля кожного ліжка	може бути централізована мережа вакууму
12	Монітор пацієнта	1 на кожне ліжко	можливість моніторингу: електрокардіограма; частота дихання; частота серцевих скорочень (ЧСС); неінвазивне вимірювання артеріального тиску; інвазивний моніторинг артеріального тиску; серцевий викид (СВ); вміст вуглекислого газу (CO2);

			температура; капнографія
13	Тракційна шина	x	для дорослих та дітей.
14	Шприцевий насос	2 на кожне ліжко	
15	Інфузійний волюметричний насос	3 на кожне ліжко	
16	Медичні вироби для складних варіантів інтубації	x	фіброоптичний інтубаційний стилет; ларингоскоп з гнучким наконечником; набір для конікотомії
17	Спірометр	x	
18	Небулайзер	x	
19	Апарат серцевого масажу (автопульс)	1	
20	Переносні кисневі балони/Центральна киснева станція з мережею-підводами до кожного ліжка	x	
21	Набір для внутрішньокісткового доступу	x	наявність безударного механізму введення голки
22	Дихальний портативний клапанний апарат (Мішок типу «Амбу») для дорослих та дітей	x	
23	Медичні вироби та допоміжні засоби для екстреної торакотомії	x	
24	Капнограф/ монітор CO2	x	може бути у складі монітора пацієнта
25	Набори/комплекти для катетеризації центральної вени	x	
26	Обладнання для центрального контролю венозного тиску	x	
27	Набір для перикардіоцентезу	x	
28	Тимчасовий зовнішній кардіостимулятор	x	
29	Набори для люмбальної пункції	x	для дорослих та дітей
30	Набір для трахеостомії	x	
31	Набір для інтубації трахеї	x	
32	Набір для дренування плевральної порожнини	x	
33	Портативний венозний сканер	1	
IV. Лікарсько-медсестринський пост			
1	Центральна станція моніторингу	1	
2	Пристрій для зв'язку з бригадами екстреної медичної допомоги	1	
V. Заклад охорони здоров'я, у якому розміщене відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги			

1.	Аналізатор крові	x	має бути забезпечений цілодобовий доступ
2.	Аналізатор сечі	x	має бути забезпечений цілодобовий доступ
3.	Біохімічний аналізатор	x	має бути забезпечений цілодобовий доступ
4.	Коагулометричний аналізатор	x	має бути забезпечений цілодобовий доступ
5.	Медичні вироби та допоміжні засоби для дослідження групи крові та резус-фактору	x	має бути забезпечений цілодобовий доступ
6.	Аналізатор газів крові	x	має бути забезпечений цілодобовий доступ
7.	Цифрова рентгенографія	x	має бути забезпечений цілодобовий доступ
8.	Комп'ютерний томограф спіральний	x	має бути забезпечений цілодобовий доступ
9.	Магнітно-резонансний томограф	x	обов'язкова наявність в багатoproфільних лікарнях інтенсивного лікування II рівня
10.	Ангіограф	x	обов'язкова наявність в багатoproфільних лікарнях інтенсивного лікування II рівня
11.	Медичні вироби та допоміжні засоби для проведення ендоскопічних досліджень	x	має бути забезпечений цілодобовий доступ
12.	Цілодобовий доступ до донорської крові та її компонентів		

Примітки:

1. Для предметів, кількість яких визначено як "x" – кількість може змінюватися залежно від потреб та потужності відділення екстреної медичної допомоги, але рекомендована наявність щонайменше однієї одиниці.

2. Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги укомплектовується необхідними витратними матеріалами та лікарськими засобами у кількості відповідно до об'єму надання допомоги.

3. Керівництво закладів охорони здоров'я може додатково доповнювати медичними виробами, апаратурою та допоміжними засобами відповідно до чинних медичних стандартів медичної допомоги;

4. Оснащення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги іншим обладнанням та предметами довгострокового користування для забезпечення його оптимального функціонування здійснюється відповідно до функцій, визначених чинними нормативно-правовими актами.

Генеральний директор **Директорату**
медичних послуг

Оксана Сухорукова